

**Preg.mo Direttore Generale
Dott. Antonio Fasanella
SEDE**

**Preg.mo Direttore Sanitario
Dott. Antonio Parisi
SEDE**

**Preg.mo Direttore Amministrativo
Dott. Lorenzo Fabio Troiano
SEDE**

**Preg.ma Dott.ssa Valentina Altamura
S.S. Provveditorato
SEDE**

Oggetto: Integrazione al Capitolato Tecnico della procedura di gara per la fornitura di N.1 SISTEMA COMPLETO DI IRRAGGIAMENTO (Prot. N° 10810/2026) – Disposizioni integrative e obbligatorie.

Con la presente si comunica che, ad integrazione di quanto già previsto nel Capitolato Tecnico della gara in oggetto, vengono introdotti i seguenti requisiti obbligatori a carico delle ditte concorrenti e dell'operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura.

1. Smontaggio, alienazione e smaltimento delle apparecchiature preesistenti
La ditta aggiudicataria della gara dovrà farsi interamente carico di tutte le operazioni connesse alla dismissione dell'impianto precedentemente in uso. Nello specifico, le attività obbligatorie comprendono:

- Lo smontaggio, l'alienazione e il corretto smaltimento del vecchio dispositivo radiogeno (RX) attualmente presente (modello RAD SOURCE RS-2400 Biological Irradiator n/s 3068 – codice inventario 3037)
- Lo smontaggio e lo smaltimento del relativo impianto di raffreddamento asservito alla vecchia apparecchiatura (modello TAE 020 020 n/s 2200289267 – codice inventario 2372)

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, gestione dei rifiuti speciali/RAEE e radioprotezione, con rilascio della relativa documentazione e certificazione di avvenuto smaltimento a norma di legge. I costi di tali attività si intendono integralmente inclusi nell'offerta presentata.

2. Obbligo di sopralluogo per le ditte concorrenti

Ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, tutte le ditte partecipanti hanno l'obbligo tassativo di effettuare un sopralluogo tecnico presso i locali destinati all'installazione della nuova apparecchiatura. Tale sopralluogo è finalizzato a:

- Verificare lo stato dei luoghi e constatare personalmente l'idoneità dei locali deputati a ospitare il nuovo sistema RX e il sistema di raffreddamento.
- Prendere piena cognizione di tutte le condizioni locali, logistiche e strutturali che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni e sull'installazione a regola d'arte dei dispositivi.


La mancata effettuazione del sopralluogo, da concordare preventivamente con l'Amministrazione secondo le modalità indicate nel disciplinare, costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara. A seguito del sopralluogo verrà rilasciato apposito attestato da inserire nella documentazione amministrativa.

Le presenti disposizioni integrano a tutti gli effetti il Capitolato Tecnico e formano parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

Distinti saluti.

Foggia, lì 10 settembre 2026

Il Dirigente
LNR Alimenti Irradiati
Dott. Nicola Bortone



La Direttrice S.C. "Chimica"
Dott.ssa Valeria Nardelli

